

QM-Hygiene

AA – Lagerung von MP

Praxis

Revision 1

Datum

Ziel:

Sichere Lagerung von aufbereiteten Medizinprodukten und Sterilgut bis zur Anwendung in der Zahnarztpraxis. Die Lagerung darf die Eigenschaften des aufbereiteten Medizinproduktes nicht nachteilig beeinflussen.

Geltungsbereich:

Sterilgutlager (kritisch) und Lagerbereich für aufbereitete Medizinprodukte (semikritisch, unkritisch).

Arbeitsablauf:

Die Lagerung der aufbereiteten MP erfolgt erst nach abgeschlossener Kontrolle und Freigabe der Charge.

1. Allgemein

- Lager und Entnahmeprinzip: first in – first out,
- auch für unverpackte „semikritische“ MP wird eine geschützte Lagerung, z. B. in geschlossenen Schubläden oder Schränken, gefordert (staubgeschützt, kontaminationsgeschützt, trocken), um den desinfizierten Zustand zu erhalten,
- „Semikritische“ Medizinprodukte **nicht zusammen** (z. B. in der gleichen Schublade) mit Medizinprodukten der Einstufung „kritisch“ und umgekehrt lagern,
- alle im Behandlungsraum offen liegenden MP sind am Ende der Behandlung als kontaminiert anzusehen und müssen vor der Verwendung neu aufbereitet werden,
- Sterilgut muss in Sterilgutbehältern, Klarsichtverpackungen oder sterilisiertem Papier (Sterilsationsbogenpapier) gelagert werden. Das Datum der Lagerfrist muss gut sichtbar auf der Verpackung aufgebracht sein.

2. Lagerbedingungen

- staubgeschützt (Schieber mit Gummidichtung),
- trocken,
- relative Luftfeuchte 40 – 60 %,
- Raumtemperatur 15 – 25 °C,
- lichtgeschützt
- kontaminationssicher.

3. Lagerfristen

- Einfach verpackt in Schublade oder Schrank bis zu 6 Monate,
- ungeöffnete oder wiederverschlossene Lagerverpackungen des Herstellers: im Schrank bis zu 5 Jahre,
- die Einhaltung der maximalen Lagerfristen ist durch geeignete Maßnahmen (Regelmäßige Kontrollen) abzusichern,
- sterile Einmalprodukte dürfen laut Hersteller bis zum Verfallsdatum auf der Verpackung benutzt werden.

Mitgeltende Dokumente:

- RKI-Empfehlung „Bundesgesundheitsblatt 2012 55:1244-1310“
- DAHZ-Hygieneleitfaden (Aktuelle Version)
- Individualisierter Hygieneplan der BZÄK / DAHZ in der aktuellen Version

erstellt Datum	Zeichen
<input type="text"/>	<input type="text"/>

geprüft Datum	Zeichen
<input type="text"/>	<input type="text"/>

genehmigt Datum	Zeichen
<input type="text"/>	<input type="text"/>