

Einstufung der MP in die Risikobewertung lt. RKI-Empfehlung

Unkritisch	Semikritisch A	Semikritisch B	Kritisch A	Kritisch B
MP, die mit intakter Haut oder nicht mit dem Patienten in Berührung kommen	MP, die mit intakter Schleimhaut, Speichel oder krankhaft veränderter Haut in Berührung kommen: <i>OHNE besondere Anforderungen an die Aufbereitung</i>	MP, die mit intakter Schleimhaut, Speichel oder krankhaft veränderter Haut in Berührung kommen: <i>MIT erhöhten Anforderungen an die Aufbereitung.</i>	MP, die Haut oder Schleimhaut durchdringen und dabei mit Blut und inneren Geweben in Berührung kommen: <i>OHNE besondere Anforderungen an die Aufbereitung</i>	MP, die Haut oder Schleimhaut durchdringen und dabei mit Blut und inneren Geweben in Berührung kommen: <i>MIT erhöhten Anforderungen an die Aufbereitung</i>
<ul style="list-style-type: none"> • extraoral.Teile/Gesichtsbogen • Tablett, Basis-Trays • Anmischspatel und –platten • Röntgen-Visiering • Wachsmesser • Dental-Schieblehre • 	<ul style="list-style-type: none"> • Mundspiegel, Sonden, Pinzetten • Speichelsauger • Mundspülbecher (Mehrweg) • Abformlöffel • Füllungsinstrumente • Röntgenfilm-Halterung • Kronentrenner, -hebel, -aufbieger • Prothetikzangen (auch KFO) • Ansätze Polymerisationslampe • 	<ul style="list-style-type: none"> • Hand- und Winkelstücke, Turbinen • rotierende Instrumente (nichtinvasiv) • Ansätze für Luft-/ Wasserspritze • ZEG-Ansätze • Ansätze für Pulverstrahlgerät • Kronenschere • 	<ul style="list-style-type: none"> • Mundspiegel, Sonden, Pinzetten (chir.) • Extraktionshebel • Scharfer Löffel • Raspatorium • PAR-Sonden, -Küretten, -Scaler • Elektroden HF-Chirurgie • Klingenthaler • Extraktionszangen 	<ul style="list-style-type: none"> • Chir. Hand-/ Winkelstücke, Turbinen • rotierende chir. Instrumente • Implantatbohrer (innengekühlt) • Chirurg. Sauger • Endo-Instrumente (Feilen, Bohrer) • ggf. Extraktionszangen

Muster – Risikobewertung: Muss praxiskonkret ergänzt/aktualisiert werden!