

Klasse I	Klasse I r	Klasse I m	Klasse I s	Klasse IIa	Klasse IIb	Klasse III
<ul style="list-style-type: none"> Keine methodischen Risiken werden in der Regel nur vorübergehend am Patienten angewendet 	<ul style="list-style-type: none"> das „r“ steht für das englische Wort „reusable“ u.a. wiederverwendbare chirurgische Instrumente. 	<ul style="list-style-type: none"> Medizinprodukte mit Messfunktion 	<ul style="list-style-type: none"> Sterile Medizinprodukte 	<ul style="list-style-type: none"> beinhalten ein gewisses Anwendungsrisiko werden ggf. sogar kurzzeitig im Körper angewendet. 	<ul style="list-style-type: none"> verfügen über ein erhöhtes methodisches Risiko werden über einen langen Zeitraum angewendet 	<p>Höchste Risikostufe</p> <ul style="list-style-type: none"> Gefahrenpotenzial ist erheblich wirken z.B. direkt am Herz oder dem Kreislaufsystem